

1. 기술규격평가결과 (업체명 : 주식회사 베이스)

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	o 업체 일반현황 - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10
	o 기업신용도 - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
기술부문 (60점)	o 공고 규격의 적합성 - 라디오 주파수는 34MHz 또는 27Mhz - 주파수 출력 : 500W - 1600W, 1W 조정 - 질량분석기 스캔속도:5,000 amu/sec 이상 - 질량범위 : 1 - 260 m/z 이상 - 간섭제거 모드 : 표준, 충돌, 반응 모드 - 간섭제거 반응셀 : 사중극자 형태 - 반응가스 : 헬륨, 산소, 암모니아 이상 - 액체 이송장치 형태 : 바이너리 펌프 - 펌프 최대 압력 : 5,000 psi 이상 - 펌프 유량 : 0.001 - 12.0 mL 또는 넓음 - 펌프 재원 : 비금속 (PEEK) 재질 이상	30점	30	30	30	30	30	30
	o 장비 호환성 - Liquid Chromatography system과 호환 - Laser Ablation system과 호환 - Inline Autodilution system과 호환	30점	30	30	30	30	30	30
품질보증 계획의 적정성 (20점)	o 사후 관리 및 추진체계 - 장비 유지보수 및 인력운영계획 - 장비 A/S에 대한 충분한 능력/경험 보유 - 유지보수를 위한 A/S 및 부품수급의 용이성 - 제시한 보증기간 이상의 하자보증	10점	10	10	7	10	7	8.8
	o 교육훈련 및 기타 제안 - 납품 및 설치 일정표 등의 적합성 - 장비 교육 훈련 계획 - 교육 전담 인력 보유	10점	10	7	7	10	7	8.2
합 계		100점						95.4점

1. 기술규격평가결과 (업체명 : 퍼킨엘머코리아 유한회사)

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	o 업체 일반현황 - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10
	o 기업신용도 - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	8	8	8	8	8	8
기술부문 (60점)	o 공고 규격의 적합성 - 라디오 주파수는 34MHz 또는 27Mhz - 주파수 출력 : 500W - 1600W, 1W 조정 - 질량분석기 스캔속도:5,000 amu/sec 이상 - 질량범위 : 1 - 260 m/z 이상 - 간섭제거 모드 : 표준, 충돌, 반응 모드 - 간섭제거 반응셀 : 사중극자 형태 - 반응가스 : 헬륨, 산소, 암모니아 이상 - 액체 이송장치 형태 : 바이너리 펌프 - 펌프 최대 압력 : 5,000 psi 이상 - 펌프 유량 : 0.001 - 12.0 mL 또는 넓음 - 펌프 재료 : 비금속 (PEEK) 재질 이상	30점	30	30	30	30	30	30
	o 장비 호환성 - Liquid Chromatography system과 호환 - Laser Ablation system과 호환 - Inline Autodilution system과 호환	30점	30	30	30	30	30	30
품질보증 계획의 적정성 (20점)	o 사후 관리 및 추진체계 - 장비 유지보수 및 인력운영계획 - 장비 A/S에 대한 충분한 능력/경험 보유 - 유지보수를 위한 A/S 및 부품수급의 용이성 - 제시한 보증기간 이상의 하자보증	10점	10	10	10	10	10	10
	o 교육훈련 및 기타 제안 - 납품 및 설치 일정표 등의 적합성 - 장비 교육 훈련 계획 - 교육 전담 인력 보유	10점	10	10	7	10	10	9.4
합 계		100점						97.4점