

1. 기술규격평가결과 (업체명 : 환은바이오텍)

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	o 일반현황 - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10
	o 기업신용도 - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
기술부문 (60점)	o 공고 규격의 적합성 - 갈바노 스캐너 사용 여부 - 줌 배율 범위, 조절 단위 - 최대 픽셀 화소 - XY축 해상도 - Z축 해상도 - 온도, CO2, 습도 조절 여부 - 2.5배 및 100배 대물렌즈 지원 여부 - 시료 전체 맵핑 - 맵핑에서 원하는 부위 고배율 스캐닝	30점	30	30	30	30	30	30
	o 제안 우수성 - 기준 초당 프레임 속도 - 자유자재 스캔 가능 여부 - 회전 스캐닝 범위, 조절 단위 - 갈륨비소인 광증배관 검출기 집합체 사용 여부 - Multi-position 스캐닝	30점	30	30	30	30	30	30
관리부문 (20점)	o 사후 관리 및 추진체계 - 장비 유지보수, 인력운영계획 - 유지보수를 위한 부품수급의 용이성 - 납품 및 설치일정표 등의 적합성	10점	10	10	7	10	10	9.4
	o 교육훈련 및 기타 제안 - 교육훈련 계획 - 기타 제안 사항	10점	7	10	10	10	10	9.4
합 계		100점						97점

1. 기술규격평가결과 (업체명 : 씨앤에스)

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	o 일반현황 - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	3	3	3	3	3	3
	o 기업신용도 - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	0	0	0	0	0	0
기술부문 (60점)	o 공고 규격의 적합성 - 갈바노 스캐너 사용 여부 - 줌 배율 범위, 조절 단위 - 최대 픽셀 화소 - XY축 해상도 - Z축 해상도 - 온도, CO2, 습도 조절 여부 - 2.5배 및 100배 대물렌즈 지원 여부 - 시료 전체 맵핑 - 맵핑에서 원하는 부위 고배율 스캐닝	30점	20	20	30	20	20	22
	o 제안 우수성 - 기준 초당 프레임 속도 - 자유자재 스캔 가능 여부 - 회전 스캐닝 범위, 조절 단위 - 갈륨비소인 광증배관 검출기 집합체 사용 여부 - Multi-position 스캐닝	30점	20	20	30	30	30	26
관리부문 (20점)	o 사후 관리 및 추진체계 - 장비 유지보수, 인력운영계획 - 유지보수를 위한 부품수급의 용이성 - 납품 및 설치일정표 등의 적합성	10점	7	10	7	7	10	8.2
	o 교육훈련 및 기타 제안 - 교육훈련 계획 - 기타 제안 사항	10점	7	10	7	7	10	8.2
합 계		100점						67.4점