

1. 기술규격평가결과 (업체명 : ㈜엠오텍 )

평가항목		배점	위원별점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	F	
일반 부문 (20점)	<b>o 업체 일반현황</b> - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10점
	<b>o 기업신용도</b> - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6점
기술 부문 (60점)	<b>o 공고 규격의 적합성</b> - Dri Lab (본체) Size : 2400(L) × 760(W) × 840(H) Safety Glass 형광등 : 20 W × 2 ea Butyl Gloves 32"(L) × 8"(D) : 4 ea 전원 플러그 : 110V 2 ea/ 220V 2 ea - Stand Size : 2400(L) × 760(W) × 800(H) 고정 및 이동식 바퀴 부착	30점	30	30	30	30	30	30점
	<b>o 설비능력</b> - Automatic Pressure Controller : Photohelic Gauge S/W, Range : ±5" of H <sub>2</sub> O 전원 : 220 V/60 Hz, Pressure Control Foot S/W - Ante Chamber(Transfer Chamber) : ( Size : 500(L) × 360(φ)) 기밀도 : $1 \times 10^{-3}$ Torr - Mini Ante Chamber(Transfer Chamber) ( Size : 300(L) × 150(φ)) 기밀도 : $1 \times 10^{-3}$ Torr - Dri Trap (Purifier) Blower : 60 CFM 220V / 60 Hz Blower Speed Control : 0.75 kw Inverter Controller : Programble Control H <sub>2</sub> O / O <sub>2</sub> : 1 ppm 이하 - Vacuum Pump 진공도: $1 \times 10^{-3}$ Torr 용 량 : 200 L/min - Moisture Analyzer Dew Point Transmitter : 1ea Range : 0.1 ~ 1000ppm Type : 2-Wire Loop Powered ransmitter Resolution : 0.02mA	30점	30	30	20	30	30	28점

	<p>- .Oxygen Analyzer(Zirconia O2 Analyzer)  측정 범위 : 0 to 1000ppm(V)  분해능 : ±2ppm Reading , 1ppm  전원 : 24VDC 4 wire</p>							
<b>품질 보증 계획의 적정성 (20점)</b>	<b>o 사후 관리 및 추진체계</b> - 장비 유지보수, 인력운영계획 - 유지보수를 위한 부품수급의 용이성 - 제시한 보증기간 이상의 하자보증	10점	10	10	10	7	10	9.4점
	<b>o 교육훈련 및 기타 제안</b> - 납품 및 설치 일정표 등의 적합성 - 장비 교육 훈련 계획	10점	10	10	10	7	7	8.8점
<b>합 계</b>		<b>100점</b>						94.8 점