

기술규격평가결과 (업체명 : ㈜고려기연)

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	o 업체 일반현황 - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10점
	o 기업신용도 - 신용평가등급	10점	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6점
기술부문 (60점)	o 공고 규격의 적합성 1) 진공 열증착 글로벌박스 장비 본체 주요 유닛 ○ 장비구성 - 싱글프로세스챔버 유닛 - 펌프시스템 유닛 - 파입서플라이 유닛 - 샘플홀더 유닛 - 박막두께측정장치 유닛 - 쉴드보호막 유닛 - 전장제어 유닛 - 글로벌박스 유닛 2) 기타 ○ 무상 공급 부품 및 리스트 ○ 매뉴얼(운용, 유지보수, 스페어 파트 리스트)	30점	30	30	30	30	20	28점
	o 특수성능 - 최고 진공도: 5.0 x 10 ⁻⁸ Torr 이하 - 공정 진공도 도달 시간: 1.0 x 10 ⁻⁶ Torr 까지 15분 이내 - 증착 두께 균일도: <+/-1.5% within 200mm * 200mm Glass - 공정 재현성 테스트: Run to Run Thickness Uniformity <+/-1.5% within 5 Times - 3개 이상의 소스를 동시에 증착 가능	30점	30	30	30	30	30	30점
관리부문 (20점)	o 사후 관리 - 장비 유지보수 및 인력운영계획 - 유지보수를 위한 A/S 및 부품수급의 용이성 - 제시한 보증기간 이상의 하자보증	10점	7	7	10	5	7	7.2점
	o 추진계획 / 교육훈련 - 납품 및 설치일정표 등의 적합성 - 장비 교육 훈련 계획	10점	10	10	10	10	10	10점
합 계		100점						93.8점